



Prot. n.

Anno 2022

Tit. X

Cl. 4

Fasc. 2022-X/4.49

N. Allegati /

Rif. /



DB

Alle Imprese partecipanti

**Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in due lotti per la fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) CIG 9291746F5A e di un microscopio elettronico a scansione a emissione di campo FEG-SEM (STEM) CIG 9291763D62 - DM MUR 737/21 – CUP J46G21004540001. Chiarimenti n. 1.**

- 1) Nel Disciplinare di gara, pagina 31, tabella degli elementi di valutazione Lotto 2 Microscopio elettronico a scansione/trasmissione – STEM, punti A.7 e A.8 viene indicato come criterio tabellare per l'assegnazione la stessa dicitura: se con energy filtering punti 3, se multisettore punti 3.

Si chiede se si tratta di errore di trascrizione atteso che l'energy filtering è tipico dei detector per BSE interni alla colonna ("in colonna"), mentre non trova applicazione in quelli in camera, salvo che si voglia indicare la selezione in angolo di emissione.

Si chiede, pertanto, se i due elementi non siano analoghi all'elemento A.9 (presenza/assenza della caratteristica).

Si conferma che per mero errore materiale l'energy filtering è stato indicato quale caratteristica migliorativa del Dectector BSE in camera, pur essendo caratteristica tipica dei soli detector per BSE in colonna. Pertanto, il criterio A.7 Detector BSE in camera deve essere inteso come segue:

A.7 Detector BSE in camera	MAX 6 punti	TABELLARE	se multisettore punti 6 se non multisettore punti 0
----------------------------	-------------	-----------	--

- 2) Nel capitolato speciale d'appalto parte II - Caratteristiche delle forniture, paragrafo 20 e 21 sono indicate, rispettivamente, Descrizione delle forniture e Caratteristiche tecniche minime a pena esclusione.

Si chiede se devono essere intese caratteristiche minime a pena esclusione quelle di entrambi i paragrafi.





Si comunica che il Paragrafo 20 “*Descrizione delle forniture*” e il Paragrafo 21 “*Caratteristiche tecniche minime a pena esclusione*” devono essere intesi quali caratteristiche minime della fornitura, previste a pena di esclusione.

Varese, *data della firma digitale*

Il Rup  
Dott. Daniele Binda  
*Firmato digitalmente*

**Responsabile Unico del Procedimento (D.lgs. 50/2016):** Dott.ssa Daniele Binda  
Tel. +39 0332 219330 – [daniele.binda@uninsubria.it](mailto:daniele.binda@uninsubria.it)